



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Kraków, 07.01.2021r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Dzierżawa 1 sztuki aparatu do archiwizacji próbek osocza dawców wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi koniecznymi do archiwizowania próbek osocza od 100 000 dawców”; ZP-33/20.

Pytania z dnia 04.01.2021r.

Pytanie nr.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie i wykorzystanie do wykonania niniejszego zamówienia urządzenia do archiwizacji pracującego obecnie u Zamawiającego w ramach realizacji innego postępowania. Urządzenie to znajduje się w tej samej pracowni wirusów i służy do pulowania próbek także archiwizacja byłaby dodatkowym etapem umożliwiającym wykonanie całości badania z tej samej próbki.. Archiwizacja wykonywana byłaby zgodnie z wymaganą przez Zamawiającego wydajnością i nie zakłócałaby ani spowalniała wcześniejszego procesu pulowania.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgody na powyższe nie jest konieczne określenie wysokości czynszu dzierżawnego dla procesu archiwizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wskazanego sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr.2

Czy Zamawiający przyzna punkty techniczne za urządzenie wyprodukowane w r. 2019 opisane w pytaniu nr.1 biorąc pod uwagę, że zostały zainstalowane u Zamawiającego jako fabrycznie nowe i Zamawiający jest jego jedynym użytkownikiem od 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści takich urządzeń. Zamawiający za nowe uzna urządzenia wcześniej nie eksploatowane poza próbami technicznymi producenta.

Pytanie nr.3

Czy zamiast systemu manualnego Zamawiający dopuści jako back up wykorzystanie drugiego identycznego urządzenia do pulowania i archiwizacji które jest obecnie zainstalowane w laboratorium Zamawiającego? Rozwiązanie takie w przypadku awarii urządzenia podstawowego umożliwiłoby również wymaganą w OPZ transmisję danych co nie jest możliwe przy zastosowaniu ręcznego pipetowania próbek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania takiego samego urządzenia dla back-up realizacji przedmiotu zamówienia w miejsce wymaganego systemu manualnego.

Łukasz Guliński

Dyrektor RCKiK w Krakowie